


stream remote App


Ghid de utilizare – stream remote 5.1



Cuprins

| | |
|--|----|
| Prezentarea generală a aplicației..... | 3 |
| Ghid de inițiere | 3 |
| Informații privind compatibilitatea | 3 |
| Inițializare | 4 |
| Acceptarea notificării de confidențialitate a aplicației..... | 4 |
| Asocierea cu aparatelor auditive | 4 |
| Selectarea modului aplicației..... | 4 |
| Fila Acasă - Modul Avansat..... | 5 |
| Reglarea volumului aparatului auditiv..... | 5 |
| Divizarea volumului..... | 5 |
| Presetări - Mai încet și Mai clar..... | 5 |
| Schimbarea programelor pe aparatele auditive... 5 | |
| Programe optionale..... | 6 |
| Setările programelor | 7 |
| Mascator pentru tinnitus..... | 7 |
| Setări de sunet..... | 7 |
| Focalizarea microfonului..... | 7 |
| Îmbunătățirea vorbirii | 7 |
| Reducerea zgomotului | 7 |
| Setările egalizatorului..... | 7 |
| Personalizarea programelor..... | 8 |
| Fila Acasă - Modul Clasic | 9 |
| Reglarea volumului aparatului auditiv..... | 9 |
| Divizarea volumului..... | 9 |
| Presetări - Mai încet și Mai clar..... | 9 |
| Schimbarea programelor pe aparatele auditive... 9 | |
| Fila Stil de viață | 10 |
| Medii de ascultare..... | 10 |
| Timp de purtare mediu..... | 10 |
| Contor de pași | 10 |
| Minute de activitate | 10 |
| Fila Dispozitive | 11 |
| Control prin atingere | 11 |
| Pornire automată | 11 |
| Bluetooth® adaptiv..... | 11 |
| Dispozitivele mele | 11 |
| Fila Asistență | 13 |
| Fila Mai multe | 14 |
| Modul aplicației | 14 |
| Aspect..... | 14 |
| Date analitice | 14 |
| Modul Demonstrativ | 14 |
| Informații juridice | 14 |
| Informații privind conformitatea | 15 |
| Declarație de conformitate..... | 15 |
| Descrierea simbolurilor | 15 |
| Informații importante privind siguranța | 16 |

Prezentarea generală a aplicației



Ghid de inițiere

Aplicația HANSATON stream remote este o aplicație dezvoltată de Sonova, lider mondial în soluții auditive. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare pentru a beneficia de toate posibilitățile pe care le oferă.

- ⓘ Acest ghid de utilizare descrie caracteristicile aplicației și modul în care aceste funcții pot fi operate de utilizator. Citiți acest ghid de utilizare înainte de a începe să utilizați aplicația.
- ⓘ Nu este nevoie de instruire suplimentară pentru manipularea aplicației.


Acest ghid de utilizare este valabil pentru aplicația HANSATON stream remote versiunea 5.1 și subversiunile ulterioare ale aplicației. Pentru versiunile anterioare ale ghidului de utilizare al aplicației, contactați reprezentantul local sau consultați site-ul web hansaton.com/user-guides.

Informații privind compatibilitatea

- ⚠️ Aparatele auditive HANSATON cu conectivitate wireless Bluetooth® sunt necesare pentru a utiliza aplicația HANSATON stream remote. Aplicația HANSATON stream remote poate fi utilizată pe dispozitive cu capacitate Bluetooth® Low-Energy (BT-LE) și sunt compatibile cu iOS versiunea 15 sau mai nouă. Aplicația HANSATON stream remote poate fi utilizată pe dispozitivele Android certificate Google Mobile Services (GMS) care acceptă Bluetooth® 4.2 și Android OS 8.0 sau o versiune mai nouă.
- ⓘ Unele telefoane au sunete de atingere sau tonuri de tastatură, care pot fi transmise în flux la aparatele auditive. Pentru a evita acest lucru, accesați setările telefonului, selectați funcția pentru sunete și asigurați-vă că toate sunetele de atingere și tonurile de la tastatură sunt dezactivate.
- ⓘ Funcțiile disponibile în aplicația HANSATON stream remote variază în funcție de aparatele auditive conectate. Nu toate funcțiile sunt disponibile pentru toate aparatele auditive.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth® SIG, Inc. Apple, sigla Apple, iPhone și iOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc. Android, Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.


Initializare



Acceptarea Notificării de confidențialitate a aplicației

Pentru a utiliza aplicația HANSATON stream remote, trebuie să acceptați Notificarea de confidențialitate și analiza datelor anonime de utilizare din aplicație.

Ecranul de Notificare a Confidențialității este conceput pentru a vă furniza informații clare și concise despre modul în care gestionăm datele dvs. și protejăm confidențialitatea.



Asocierea cu aparatele auditive

Detectați-vă aparatele auditive.

Dacă aparatele dumneavoastră auditive au ușă pentru baterie, reporniți aparatele auditive deschizând și închizând ușă bateriei. Dacă aparatele dumneavoastră auditive nu au ușă pentru baterie, mai întâi oprîți fiecare aparat auditiv apăsând partea inferioară a butonului până când ledul devine roșu (4 secunde). Apoi porniți fiecare aparat auditiv apăsând același buton până când ledul devine verde (2 secunde).

Alegeți „Vizualizați modul Demonstrativ” pentru a încerca aplicația fără a vă conecta aparatele auditive. Rețineți că în acest mod nu este disponibilă nicio funcție de control de la distanță.



Selectați-vă aparatele auditive

Dacă aplicația detectează mai mult de un set de dispozitive, apăsați butonul de pe aparatul dumneavoastră auditiv și dispozitivul corespunzător va fi evidențiat în aplicație.




Selectați modul aplicației

Selectați un mod pentru aplicația dumneavoastră în funcție de preferințele și nevoile dumneavoastră. Pentru mai multe informații, puteți atinge butonul de ajutor din colțul din dreapta sus.

Confirmare

Selectarea modului aplicației

Aplicația oferă două moduri pentru ecranul Acasă: modul Avansat și modul Clasic. Modul Avansat este ideal pentru cei care doresc acces la funcții avansate și opțiuni de personalizare. Modul Clasic este ideal pentru cei care doresc acces la funcțiile și opțiunile de bază. Acest mod este recomandat celor care preferă o experiență mai simplă. Puteți schimba oricând aceste moduri în cadrul aplicației din fila **Mai multe**, în Modul aplicației.



Reglarea volumului aparatului auditiv

Deplasați glisorul spre dreapta sau spre stânga pentru a crește sau a reduce volumul aparatului auditiv la ambele urechi.

Apăsați butonul ()

Dezactivare sunet din stânga glisorului pentru a dezactiva sau a activa sunetul aparatelor auditive.

Divizarea volumului

Apăsați butonul () **Divizare volum** pentru a controla volumul fiecărui aparat auditiv separat. Utilizați glisorul de volum pentru a modifica volumul.

Îmbinarea volumului

Apăsați butonul () **Îmbinare volum** pentru a îmbina glisoarele de volum.

Presetări - Mai Încet și Mai clar*

Pentru programul Automat, puteți alege între **Mai clar**, **Mai Încet** sau **Normal**. **Mai clar** este disponibilă pentru a îmbunătăți vorbere, în timp ce **Mai Încet** este folosită pentru a reduce zgomotul și a îmbunătăți confortul general de ascultare. Mai clar și **Mai Încet** se exclud reciproc și nu pot fi ambele în stare „Pornit” în același timp. **Normal** este setarea implicită.

Schimbarea programelor pe aparatele auditive


Glişați la stânga și la dreapta pe caruselul de programe pentru a vedea toate programele disponibile. Când încetați să glişați, programul selectat (de exemplu, Restaurant) va fi aplicat aparatelor dumneavoastră auditive.

* Această funcție nu este acceptată de toate modelele de aparete auditive.

Programe opționale

Programele opționale disponibile variază în funcție de nivelul de tehnologie al aparatelor dumneavoastră auditive.

- Restaurant
- Televiziune
- Spații exterioare
- Cafenea
- Muzică live
- Mașină 360 / Mijloace de transport
- Petrecere




1. Mergeți la fila Acasă.




2. Glisați la stânga sau la dreapta până când vedeti imaginea/pictograma. Faceți clic pe butonul **Gestionarea programelor**.



3. Pentru a adăuga rapid un program optional, faceți clic pe (+) semnul plus.



4. Faceți clic pe (-) semnul minus pentru a elimina programul optional din lista de programe.
5. Faceți clic pe **dala programului** pentru a previzualiza programul.



6. Făcând clic pe **dala programului**, veți ajunge la ecranul de previzualizare a programului. Va fi afișat ecranul de previzualizare a programului. Schimbați setările și faceți clic pe **Salvare** pentru a adăuga programul optional la lista de programe.

Setările programelor

Alte ajustări pot fi disponibile în funcție de programul selectat în prezent, de configurația aparatului dumneavoastră auditiv și de sursele audio conectate.



Mascatorul pentru tinnitus


Dacă audioprotezistul dumneavoastră a activat mascatorul pentru tinnitus, veți avea opțiunea de a regla volumul zgomotului de mascare.

Balanță

Dacă utilizați un dispozitiv extern de transmitere în flux (de exemplu, TV Connector, muzică), puteți regla focalizarea pentru a auzi mai mult semnalul transmis în flux sau, alternativ, mai mult din mediul înconjurător.

Setările programelor

Puteți accesa setări suplimentare direct pe ecranul Acasă atingând butonul () Funcții avansate din colțul din dreapta sus al dalei programului, pentru setări mai avansate.



Setările sunetului

Puteți regla controlul **Focalizare microfon** pentru a focaliza microfonul mai mult pe sunetele din față sau pentru a asculta ambianța completă din jurul dumneavoastră.

Controlul **Îmbunătățire vorbere** vă permite să îmbunătățiți sau să reduceți vorbirea la nivelul de confort dorit.

Controlul **Reducere zgomot** vă permite să creșteți sau să reduceți nivelul de zgomot la nivelul de confort dorit.






Setările egalizatorului

Aici puteți modifica setările Egalizatorului.


Personalizarea programelor

Aplicația HANSATON stream remote vă permite să modificați numele programelor, astfel încât să puteți personaliza ceea ce înseamnă fiecare program pentru dumneavoastră. Puteți modifica numele programului pentru orice program, inclusiv pentru programele opționale. Pentru a modifica numele programului:




1. Atingeți (...) setările programului din colțul din stânga sus al imaginii (sau al pictogramei) programului.
2. Este afișat ecranul cu setările programului.
3. Atingeți Modificați numele programului.

4. Introduceți numele preferat al programului în caseta de text și faceți clic pe Confirmare.




Glisor de volum
Dezactivare/
Activare volum




Reglarea volumului aparatului auditiv
Deplasați glisorul în sus sau în jos pentru a crește sau a reduce volumul aparatului auditiv pe ambele părți.
Apăsați butonul (ⓘ) **Dezactivare sunet** de sub glisor pentru a dezactiva sau a activa sunetul aparatelor auditive.

Divizarea volumului
Apăsați butonul (ⓘ) **Divizare volum** pentru a controla volumul fiecărui aparat auditiv separat. Utilizați gisoarele de volum pentru a modifica volumul. Apăsați butonul (ⓘ) **Îmbinare volum** pentru a îmbina gisoarele de volum.



Presetări:
Normal/Mai
încet/Mai
clar



Lista
derulantă de
programe

Presetări – Mai Încet și Mai clar*
Pentru programul Automat, puteți alege între **Mai clar**, **Mai Încet** sau **Normal**. **Mai clar** este disponibilă pentru a îmbunătăți vorbirea, în timp ce **Mai Încet** este folosită pentru a reduce zgomotul și a îmbunătăți confortul general de ascultare. **Mai clar** și **Mai Încet** se exclud reciproc și nu pot fi ambele în starea „Pornit” în același timp. **Normal** este setarea implicită.

Schimbarea programelor pe aparatelor auditive

Atingeți **sâgeata** de lângă numele programului curent pentru a vedea toate programele disponibile. Selectați programul dorit (de exemplu, TV Connector).

* Această funcție nu este acceptată de toate modelele de aparete auditive.

Fila Stil de viață



Fila **Stil de viață** vă duce la un ecran care poate fi derulat, unde veți vedea datele despre stilul de viață urmărite de aparatelor auditive. Puteți vizualiza timpul de purtare a aparatului auditiv, informațiile despre mediile de ascultare, precum și alte date despre activitatea fizică.


- **Medii de ascultare**
Această secțiune oferă un rezumat al timpului petrecut în diferitele medii detectate de aparatelor auditive.
- **Timp mediu de purtare**
Acesta este timpul mediu în care ați purtat aparatelor auditive în fiecare zi.
- **Contor de pași***
Contorul de pași afișează numărul de pași pe care i-ați parcurs în timpul zilei, măsurat de accelerometru din aparatelor auditive.
- **Minute de activitate***
Minutele de activitate reprezintă numărul de minute petrecute activ în ziua dumneavoastră, de ex., mergând pe jos, alergând sau desfășurând orice activitate similară de intensitate medie până la ridicată, în timp ce purtați aparatelor auditive.

⚠️ Informațiile conținute în această secțiune au doar scop educațional și informativ. Nu trebuie să utilizați informațiile afișate în secțiunea Stil de viață ca înlocuitor și nici nu ar trebui să înlocuiască sfatul medical profesional. Dacă aveți întrebări despre sănătatea dumneavoastră sau înainte de a începe un program de exerciții fizice, trebuie să vă consultați întotdeauna cu un medic sau alt profesionist din domeniul sănătății.

* Această funcție nu este acceptată de toate modelele de aparițe auditive.

Fila Dispozitive


Fila Dispozitive este locul unde puteți modifica setările aparatelor dumneavoastră auditive.



- **Control prin atingere**
Există un senzor încorporat pe unele aparete auditive care permite controlul unor funcții ale aparatului auditiv prin atingere. Consultați pagina 12.
- **Pornire automată**
Puteți alege dacă aparetele auditive pornesc automat atunci când le scoateți din încărcător.
- **Bluetooth® adaptiv**
Dacă întâmpinați probleme legate de calitatea sunetului în timpul apelurilor, dezactivarea acestei funcții vă poate îmbunătăți experiența.
- **Dispozitivele mele**
Dacă întâmpinați probleme legate de conexiunea la aplicație, puteți să alegeti **Uitați dispozitivele** și să încercați să le asociați din nou. Dacă doriți să conectați o altă pereche de aparete auditive la aplicație, trebuie mai întâi să uitați aparatul(e) auditiv(e) conectat(e) în prezent. Apoi puteți asocia noile dispozitive.
NOTĂ: uitarea dispozitivelor va elimina conexiunea dintre aparetele auditive și aplicație.


Control prin atingere

Dacă aparatelor dumneavoastră auditive au control prin atingere, puteți personaliza modul în care aparatelor auditive răspund la atingerile duble. Există un senzor încorporat pe unele aparatelor auditive care permite controlul unor funcții ale aparatului auditiv prin atingere. Acțiunea și sensibilitatea controlului prin atingere pot fi personalizate după cum urmează:



Transmitere în flux


Preluați/Încheiați apelul sau transmisia în flux - activați/dezactivați capacitatea de a prelua/încheia apeluri sau de a vă conecta la un dispozitiv de transmitere în flux (de ex., TV Connector) folosind o atingere dublă. Puteți utiliza controlul prin atingere pentru a vă conecta la un dispozitiv de transmitere în flux numai dacă audioprotezistul v-a configurat aparatelor auditive pentru conectarea manuală.



Acțiuni personalizate

(configurate separat pentru aparatelor auditive stânga și dreapta):

- Întrerupeți/Reluați conținutul media – atingerea dublă va întrerupe/relua conținutul media în timpul transmisiei în flux.
- Asistent vocal – atingerea dublă va activa asistentul vocal pe smartphone-ul dumneavoastră.
- Dezactivat – atingerea dublă nu va efectua nicio acțiune.



Sensibilitate la atingere

(configurată separat pentru aparatelor auditive stânga și dreapta):

- Ușoară – sensibilitatea cea mai ridicată.
- Normală – sensibilitatea implicită.
- Fermă – sensibilitatea cea mai redusă.


Fila Asistență

Fila **Asistență** este locul unde puteți găsi informații despre aparatelor dumneavoastră auditive. Puteți găsi sfaturi pentru utilizarea aplicației precum și răspunsuri la întrebări frecvente.



Fila Mai multe

Fila **Mai multe** este locul unde puteți găsi setări suplimentare ale aplicației și informațiile juridice legate de aplicație.



Modul aplicației

Comutați între două moduri ale ecranului Acasă al aplicației: modul Avansat și modul Clasic. Modul **Avansat** este ideal pentru utilizatorii care doresc acces la funcții avansate și opțiuni de personalizare. Modul **Clasic** este ideal pentru utilizatorii care doresc acces la funcțiile și opțiunile de bază. Acest mod este recomandat pentru utilizatorii care preferă o experiență mai simplă.

Aspect

Imaginiile programelor

Apăsați butonul de comutare pentru a selecta între imaginile sau pictogramele programelor aplicației.

Selectați imagini dacă preferați vizualizarea mai vibrantă și mai colorată a imaginilor programelor.

Selectați pictograme dacă preferați vizualizarea mai puțin colorată a pictogramelor programelor.

Se potrivește cu aspectul telefonului

Potriviți automat setarea modului luminos sau întunecat al telefonului. Dezactivarea acestui lucru vă permite să selectați manual modul.

Date analitice

Activăți sau dezactivați partajarea datelor de utilizare. Prin furnizarea datelor de utilizare, ne veți permite să învățăm și să îmbunătățim produsul și serviciile. Nu vom vinde niciodată informațiile dumneavoastră personale altora. Aceasta face parte din Notificarea noastră de confidențialitate.

Modul Demonstrativ

Activăți sau dezactivați modul Demonstrativ. Modul Demonstrativ vă permite să încercați aplicația fără a fi conectat la dispozitivele auditive.

Informații juridice

Accesați informațiile juridice și de reglementare legate de aplicație.

NOTĂ: aplicația este disponibilă în diferite limbi. Se va adapta automat la limba sistemului de operare al telefonului. Dacă limba telefonului nu este acceptată, limba implicită este engleză.

Informații privind conformitatea

Declarație de conformitate

Prin prezentul document, Sonova AG declară că acest produs îndeplinește cerințele Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale.

Ghidul de utilizare în toate limbile aplicabile în formă electronică este accesibil prin intermediul paginii web www.hansaton.com/user-guides.

Alternativ, ghidul de utilizare poate fi accesat direct din aplicație navigând la secțiunea „Mai multe”, selectând „Despre aplicație”, apoi atingând linkul din partea de jos pentru a ajunge la Ajutor și asistență într-o fereastră externă a browserului. De acolo, puteți naviga la Asistență/Ghiduri de utilizare și puteți derula în jos până la secțiunea de aplicații de la distanță de stream.

Descrierea simbolurilor



Prin simbolul CE, Sonova AG confirmă că acest produs îndeplinește cerințele Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale. Numerele precizate după simbolul CE corespund codului instituțiilor certificate care au fost consultate în temeiul regulamentului menționat mai sus.



Nume, adresă,
dată

Simbol combinat pentru „producătorul dispozitivului medical” și „data fabricării”, precum este definit în Regulamentul UE (UE) 2017/745.



Indică faptul că dispozitivul este un dispozitiv medical.



Indică Reprezentantul autorizat în Comunitatea Europeană. EC REP este, de asemenea, importatorul în Uniunea Europeană.



Indică numărul de catalog al producătorului, pentru ca dispozitivul medical să poată fi identificat.



Acest simbol indică faptul că este important ca utilizatorul să citească și să țină cont de informațiile relevante din acest ghid de utilizare.



O indicație că sunt disponibile instrucțiuni de utilizare în format electronic.



Acest simbol indică faptul că este important ca utilizatorul să acorde atenție notificărilor de avertizare relevante din acest ghid de utilizare.



Informații importante pentru manipularea și siguranța produsului.



Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth® SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Sonova AG este realizată sub licență. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparțin deținătorilor respectivi.



Simbolul pentru drepturi de autor.

Informații importante privind siguranță

Vă rugăm să citiți informațiile relevante referitoare la siguranță de la paginile următoare, înainte de a utiliza aplicația.

Utilizare preconizată

Utilizarea preconizată a aplicației este să selecteze, să regleze și să salveze funcțiile existente ale aparatului auditiv, să acceseze informațiile de stare și să asigure comunicarea între utilizatorul final și audioprotezist, wireless, într-un mod vizualizat.

Populație de pacienți vizată

Populația de pacienți vizată pentru această soluție sunt utilizatorii finali (persoane non-profesionale) cu pierdere a auzului unilaterală și bilaterală, ușoară până la profundă, care poartă un aparat auditiv compatibil și care apreciază confortul, cum ar fi capacitatea de a-și controla aparatele auditive de pe smartphone-urile lor. Aplicația este destinată utilizatorilor cu vârstă peste 17 ani. Funcția Tinnitus este destinată pacienților cu tinnitus cronic cu vârstă de 18 ani sau mai mult.

Utilizatorul vizat

Utilizatorul vizat este persoana cu pierdere de auz care utilizează un dispozitiv compatibil.

Indicații

Rețineți că indicațiile nu sunt derive din aplicație, ci din aparatele auditive compatibile. Indicațiile clinice generale pentru utilizarea aparatelor auditive și caracteristica Tinnitus sunt:

- Prezența hipoacuziei
 - Uni- sau bilaterală
 - Conductivă, neuroenzorială sau mixtă
 - Ușoară până la profundă

- Prezența unui tinnitus cronic (aplicabil numai pentru dispozitivele care oferă caracteristica Tinnitus)

Contraindicațiile

Rețineți, contraindicațiile nu sunt derive din aplicație, ci din aparatele auditive compatibile. Contraindicațiile clinice generale pentru utilizarea aparatelor auditive și caracteristica Tinnitus sunt:

- Hipoacuzia nu se află în intervalul de reglare al aparatului auditiv (mai exact, amplificarea, răspunsul în frecvență)
- Tinnitus acut
- Diformitate a urechii (mai exact, canal încis al urechii, absența auriculei)
- Hipoacuzie neurală (patologii retro-coholeare, precum nerv auditiv absent/neviabil)

Criteriile principale pentru a recomanda unui pacient să solicite opinia și/sau tratamentul unui medic sau al unui alt specialist sunt următoarele:

- Diformitate congenitală sau traumatică vizibilă a urechii;
- Istoric de drenaj activ al urechii în ultimele 90 de zile;
- Istoric de hipoacuzie bruscă sau cu progres rapid, unilaterală sau bilaterală, în ultimele 90 de zile;
- Amețeală acută sau cronică;
- Interval audiometric aer-os egal cu sau mai mare de 15 dB la 500 Hz, 1000 Hz și 2000 Hz;
- Existența vizibilă a unei acumulări semnificative de cerumen sau existența unui corp străin în canalul urechii;
- Durere sau disconfort la nivelul urechii;

- Aspect anormal al timpanului și canalului urechii, precum:

- Inflamație a canalului auditiv extern
 - Timpan perforat
 - Alte anomalii despre care audioprotezistul consideră că sunt motive de îngrijorare medicală
- Audioprotezistul poate decide că trimitera nu este adecvată sau în interesul pacientului atunci când se aplică următoarele:

- Atunci când există dovezi suficiente că afecțiunea a fost examinată complet de un medic specialist și că au fost administrate toate tratamentele posibile
- Afecțiunea nu s-a agravat și nu s-a modificat semnificativ de la examinarea și/sau tratamentul anterior
- Dacă pacientul și-a exprimat, în mod informat și competent, decizia de a nu accepta sfatul de a solicita o opinie medicală, se permite continuarea cu recomandarea unor sisteme de aparate auditive adecvate, luând în considerare următoarele aspecte:
 - Recomandarea nu va avea efecte adverse asupra stării de sănătate sau a bunăstării generale a pacientului
 - Înregistrările confirmă că au fost avute în vedere toate considerentele necesare cu privire la interesul superior al pacientului

Dacă legea o impune, pacientul semnează o declarație de renunțare, pentru a confirma că sfatul privind trimiterea la specialist nu a fost acceptat și că aceasta este o decizie informată.

Informații importante privind siguranță

Vă rugăm să citiți informațiile relevante referitoare la siguranță de la paginile următoare, înainte de a utiliza aplicația.

Beneficiu clinic

Aplicația *în sine* nu oferă beneficii clinice directe utilizatorului final, ci alte beneficii, care sunt *în principal* legate de utilizare. Beneficiile clinice sunt oferite exclusiv de aparatelor auditive. Aplicația oferă următoarele beneficii utilizatorilor vizuați:

- Oferirea posibilității de a regla și salva setările aparatelor auditive *în funcție* de nevoile individuale, *într-un interval limitat*, aşa cum este definit de montarea inițială, de exemplu, pentru a răspunde nevoilor specifice. Acest lucru ar putea ajuta la creșterea confortului auditiv și a satisfacției legate de aparatelor auditive *în situații de ascultare specifice* (de exemplu, prin scăderea zgomotului *în medii de ascultare zgomotoase*).

Efecte secundare

Rețineți că efectele secundare nu sunt deriveate din aplicație, ci din aparatelor auditive compatibile.

Efectele secundare fiziologice ale aparatelor auditive, cum ar fi tinnitus, amețeli, acumulare de ceară, presiune prea mare, transpirație sau umiditate, vezicule, mâncărime și/sau erupții cutanate, obturare sau plenitudine și consecințele acestora, cum ar fi dureri de cap și/sau dureri de urechi, pot fi rezolvate sau reduse de audioprotezistul dumneavoastră.

Aparatele auditive convenționale pot expune pacienții la niveluri mai ridicate de expunere sonoră, ceea ce poate duce la modificări ale pragurilor intervalului de frecvență afectat de traumatismul acustic.

Limitări de utilizare

Utilizarea aplicației este limitată la capacitatele dispozitivului/dispozitivelor compatibile.

Orice incident grav care a avut loc *în legătură cu* aplicația trebuie raportat reprezentantului producătorului și autorității competente a statului de reședință. Prin incident grav se înțelege orice incident care, *în mod direct sau indirect*, a cauzat, ar fi putut cauza sau ar putea cauza oricare dintre următoarele:
a. decesul unui pacient, utilizator sau alte persoane
b. deteriorarea severă, temporară sau permanentă,
a stării de sănătate a unui pacient, utilizator sau a unei alte persoane
c. o amenințare gravă pentru sănătatea publică
Pentru a raporta o operațiune sau un eveniment neașteptat, contactați producătorul sau un reprezentant.

Informații importante privind siguranță

Vă rugăm să citiți informațiile relevante referitoare la siguranță de la paginile următoare, înainte de a utiliza aplicația.

Notificare privind securitatea

Datele pacienților sunt date private, iar protecția acestora este importantă:

- Asigurați-vă că smartphone-urile sunt actualizate cu cele mai recente actualizări de securitate ale sistemului de operare. Activați actualizarea automată.
- Asigurați-vă că versiunea instalată a aplicației este actualizată.
- Folosiți numai aplicații originale Sonova din magazinele oficiale cu aparatele dumneavoastră auditive.
- Asigurați-vă că utilizați parole puternice și păstrați acreditările secrete.
- Blocați telefonul cu PIN și/sau biometric (de exemplu, amprentă, față) și setați telefonul să se blocheze automat după câteva minute de inactivitate.
- Asigurați-vă că aplicațiile instalate au numai permisiunile de care au nevoie.
- Evitați să creați o asociere Bluetooth® cu aparatele dumneavoastră auditive într-o zonă publică. Aceasta din cauza riscului de interferențe nedorite din partea unei terțe părți. Vă recomandăm să faceți această asociere Bluetooth® acasă.
- NU utilizați un telefon cu jailbreak sau rooting. Asigurați-vă că păstrați datele în siguranță în orice moment. Rețineți că această listă nu este exhaustivă.
- Atunci când transferați datele prin canale nesigure, trimiteți datele anonim sau criptați-le.
- Protejați copiile de rezervă ale datelor din smartphone, nu numai de pierderea datelor, ci și de furt.

- Eliminați toate datele de pe un smartphone care nu mai este folosit de dumneavoastră sau care va fi eliminat.

Întreținerea software-ului

Monitorizăm în mod constant feedbackul din partea pieței. Dacă întâmpinați probleme cu cea mai recentă versiune a aplicației, contactați reprezentantul producătorului local și/sau furnizați feedback în App Store sau Google Play Store.

- ⚠️ Modificarea setării, de ex. scăderea volumului, dezactivarea sunetului aparatelor auditive sau creșterea opțiunii „Reducere zgomot”, poate duce la pericole, cum ar fi faptul că traficul de intrare nu mai este auzit.

- ⓘ Dacă aparatele auditive nu răspund la dispozitiv din cauza unei perturbări neobișnuite ale câmpului, îndepărtați-vă de câmpul perturbator. Activați Bluetooth. Bluetooth trebuie să fie activat pentru a se conecta la aparatele dumneavoastră auditive. Dacă aparatele auditive nu răspund, verificați dacă sunt pornite și dacă bateria nu este descărcată.

- ⓘ Instrucțiunile sunt disponibile la: hansaton.com/user-guides în format PDF Adobe® Acrobat®. Pentru a le vizualiza, trebuie să aveți instalat Adobe Acrobat Reader. Vizitați Adobe.com pentru a descărca programul.



Pentru a obține o copie gratuită pe hârtie a instrucțiunilor, contactați reprezentantul local HANSATON. Un exemplar va fi trimis la adresa dumneavoastră în termen de 7 zile.



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Elveția



Şi importator pentru Uniunea Europeană:
Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen, Germania

www.hansaton.com